




阻斷劑(Bolcking agent)的評估

材料

1. 免疫球蛋白G
2. 阻斷劑(NanoBio Blocker_MG)
(NanoBio Tech製)
3. 介面活性劑 TWEEN 20

結果

1. NanoBio Blocker_MG對阻斷反應有效
2. 若在溶液中加入TWEEN 20效果更好



應用

1. 新型的阻斷劑開發
2. 抑制非特异性吸附的條件探討
3. ELISA試劑盒的開發